



REGIONE CALABRIA

AUTORITA' REGIONALE
Stazione Unica Appaltante



S.U.A.
Calabria

OGGETTO: "PROCEDURA APERTA, CON MODALITÀ TELEMATICA, PER LA FORNITURA QUADRIENNALE DI SERVICE E MATERIALE DI CONSUMO PER TRATTAMENTI EMODIALITICI E DIALISI PERITONEALE PER LE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE CALABRIA". GARA N. 8247359.

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI (19.10.2021)


FAQ n. 5

	QUESITO	RISPOSTA
1	A pagina 11 del Capitolato tecnico relativamente al lotto 4 si richiede "Monitor automatico in single pass". Trattandosi di apparecchiature in area critica, tale parametro non è applicabile. Si chiede quindi se tale indicazione sia un refuso.	Si precisa che la dicitura "Monitor automatico in single pass" è da considerarsi un refuso e che la stessa è ascrivibile ai monitor per trattamenti dialitici intermittenti e non continui
2	All'interno dell'allegato 2 "REQUISITI PREFERENZIALI" relativamente al lotto 4 si richiede "Possibilità di effettuare dialisi con tampone citrato, completamente privo, anche in tracce, di acetato". Si chiede se tale requisito si riferisca alla possibilità di effettuare trattamenti di CRRT con anticoagulazione loco-regionale con citrato o trattasi di refuso concernente trattamenti in dialisi cronica.	Si precisa che la dicitura "Possibilità di effettuare dialisi con tampone citrato, completamente privo, anche in tracce, di acetato" è da considerarsi errata volendo in realtà esprimere la possibilità di effettuare trattamenti di CRRT con anticoagulazione loco-regionale con citrato.



REGIONE CALABRIA

AUTORITA' REGIONALE *Stazione Unica Appaltante*



S.U.A.
Calabria

3	<p>All'interno dell'allegato 2 "REQUISITI PREFERENZIALI" relativamente al lotto 4 si richiede "Sistema di misurazione on line della dose dialitica effettiva, che consenta di impostare il kt/v desiderato e visualizzare il tempo di trattamento necessario a raggiungerlo". Trattandosi di apparecchiature in area critica, tale parametro non è applicabile. Si chiede quindi se tale parametro sia un refuso.</p>	<p>La dicitura "Sistema di misurazione on line della dose dialitica effettiva, che consenta di impostare il kt/v desiderato e visualizzare il tempo di trattamento necessario a raggiungerlo" è da considerarsi un refuso applicabile in realtà ai trattamenti dialitici intermittenti.</p>
4	<p>All'interno dell'allegato 2 "REQUISITI PREFERENZIALI" relativamente al lotto 4 si richiede "Tipologia di sterilizzazione dell'apparecchiatura". Trattandosi di apparecchiature in area critica, tale parametro non è applicabile. Si chiede quindi se tale parametro sia un refuso.</p>	<p>La dicitura "Tipologia di sterilizzazione dell'apparecchiatura" è da considerarsi errata non essendo prevista sterilizzazione di apparecchiatura a circuito chiuso.</p>
5	<p>All'interno dell'allegato 2 "REQUISITI PREFERENZIALI" relativamente al lotto 4 si richiede "Programma automatico di regolazione del flusso del bagno dialisi in rapporto al flusso ematico effettivo". Trattandosi di apparecchiature in area critica, tale parametro non è applicabile se non in protocolli di anticoagulazione. Si chiede quindi se tale parametro sia un refuso.</p>	<p>"Programma automatico di regolazione del flusso del bagno dialisi in rapporto al flusso ematico effettivo" è da considerarsi errata poiché nel trattamento in area critica non è previsto l'uso di bagno di dialisi ma di soluzioni di reinfusione ed inoltre i parametri sopra citati non sono da considerarsi legati da un rapporto direttamente proporzionale bensì parametri indipendenti e come tali modificabili separatamente</p>



REGIONE CALABRIA

AUTORITA' REGIONALE
Stazione Unica Appaltante



S.U.A.
Calabria

6	<p>A pagina 11 del Capitolato tecnico relativamente al lotto 4, si precisa che i trattamenti con e senza citrato debbano considerare tutto quanto necessario per effettuare trattamenti di 12 ore. A tal proposito, al fine di uniformare le offerte, si chiede di confermare i parametri di trattamento standard da utilizzare durante tale durata tra cui flusso sangue a 120 ml/min, con livello di citrato a circa 3 mmol/l all'interno del circuito, paziente medio di 70 Kg, flussi di scambio effluente (comprensivi di citrato, dialisato e infusato) di circa 2,5 L/h per i trattamenti con citrato e 2,5 L/h di scambio (comprensivi di infusato e dialisato) per trattamenti con eparina.</p>	<p>Si precisa che l'offerta deve contenere la fornitura di tutto il materiale necessario per trattamenti di 12 ore e che ogni trattamento è da intendersi come "trattamento a parametri standard" come di seguito indicato: flusso sangue a 120 ml/min, con livello di citrato a circa 3 mmol/l all'interno del circuito, paziente medio di 70 Kg, flussi di scambio effluente (comprensivi di citrato, dialisato e infusato) di circa 2,5 L/h per i trattamenti con citrato e 2,5 L/h di scambio (comprensivi di infusato e dialisato) per trattamenti con eparina.</p>
7	<p>I lotti 5 (FILTRO PER RIMUOVERE I MEDIATORI DI FLOGOSI E CITOCHINE) e 7 (FILTRO PER VELENO) vengono genericamente descritti come filtri, tuttavia per la rimozione di tali sostanze sono reperibili sul mercato delle cartucce adsorbenti specifiche con efficacia superiore, pertanto chiediamo se possibile partecipare con questa tipologia di prodotti?</p>	<p>E' possibile partecipare con prodotti utilizzabili con le comuni attrezzature presenti in sala dialisi</p>



REGIONE CALABRIA

AUTORITA' REGIONALE
Stazione Unica Appaltante



S.U.A.
Calabria

8	<p>Per il LOTTO 66 "PREMIFISTOLA MONOUSO PER EMOSTASI" la cui descrizione coppia di dispositivi premifistola monouso per emostasi a fine dialisi, nell'Allegato 1 Fabbisogno l'unit? di misura? Pezzo</p>	<p>Nel capitolato si parla di coppia.</p>
9	<p>Rif. Lotto 71. Il sale per deionizzazione acqua oggetto del lotto, lo chiedete in scaglie o in pastiglie?</p>	<p>Sia in pastiglie che a scaglie.</p>